



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лтд.", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK**

Производитель

**"КуперВижн Мануфэкчуринг Лтд.", Соединенное Королевство,
CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton,
SO31 4RF, UK**

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-59075/93421 от 20.11.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.41.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 23 листах

приказом Росздравнадзора от 01 апреля 2024 года № 1827
допущено к обращению на территории Российской Федерации
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0078159

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 1

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения:

I. Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения с торговым наименованием fanfilcon A или с товарным знаком Avaira Vitality® или с торговым наименованием и товарным знаком 100Z TWO WEEKS VIEW или с торговым наименованием и товарным знаком 100Z MONTHLY VIEW или с торговым наименованием и товарным знаком 3Z lens aqua или с товарным знаком ACULIFE или с товарным знаком AirLens или с торговым наименованием и товарным знаком AirOmoist 2 WEEKS или с торговым наименованием и товарным знаком AirOmoist MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком AirVIEW 4ACTIVE или с торговым наименованием и товарным знаком Airway ACUOS или с торговым наименованием и товарным знаком ASSOL SHOW или с торговым наименованием и товарным знаком AT FIRST SIGHT SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком Biolens Soft или с торговым наименованием и товарным знаком Biosoft PREMIUM 2 WEEKS или с торговым наименованием и товарным знаком Biosoft PREMIUM MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком cadence® evolve+ или с товарным знаком Citylens или с торговым наименованием CL SOFT или с товарным знаком CLEARSKY или с торговым наименованием и товарным знаком cooperflex® evolve+ или с торговым наименованием и товарным знаком CRYSTAL LAKES 2 WEEK или с торговым наименованием и товарным знаком CRYSTAL LAKES MONTHLY или с товарным знаком CrystaLook или с торговым наименованием и товарным знаком CrystalView 2-week или с торговым наименованием и товарным знаком CrystalView monthly или с торговым наименованием и товарным знаком DEAR Lens ALIVE или с торговым наименованием и товарным знаком DINAVUE NOVA или с торговым наименованием DL Comfort или с торговым наименованием ExeLens Light или с торговым наименованием и товарным знаком EyeContact SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком EYEjoy TWO WEEKS или с торговым наименованием и товарным знаком EYEjoy MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком FLEXYVIEW SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком free eyes optimum или с торговым наименованием и товарным знаком Freeview premium или с товарным знаком harrio или с торговым наименованием HIGH TIME Soft или с торговым наименованием и товарным знаком HYDRAVIEW SOFT или с торговым наименованием iWear balance plus или с торговым наименованием и товарным знаком Just to see 2 week или с торговым наименованием и товарным знаком Just to see monthly или с торговым наименованием и товарным знаком LET IT SEE 2 weeks или с торговым наименованием и товарным знаком LET IT SEE monthly или с товарным знаком Likoni или с торговым

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0137484

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 2

наименованием и товарным знаком Lunelle evolve+ или с торговым наименованием и товарным знаком medivue® evolve+ или с товарным знаком mogaray или с товарным знаком MyLens или с товарным знаком newera или с торговым наименованием и товарным знаком NiceDay Soft или с торговым наименованием и товарным знаком NicEye IQ или с торговым наименованием и товарным знаком NNC Expert или с торговым наименованием и товарным знаком NOVALENS balance или с торговым наименованием и товарным знаком OCHKOV.NET alpha или с товарным знаком Onelens или с торговым наименованием и товарным знаком ONEview PREMIUM 2 week или с торговым наименованием и товарным знаком ONEview PREMIUM monthly или с товарным знаком optilook или с товарным знаком OPTITOUCH или с товарным знаком OptiWay или с торговым наименованием и товарным знаком OXIGENFILL SOFT или с товарным знаком OXY или с торговым наименованием и товарным знаком perfect premium 2-week или с торговым наименованием и товарным знаком perfect premium monthly или с торговым наименованием и товарным знаком POINT OF VIEW SOFT или с товарным знаком PrimaView или с товарным знаком PrizmaBio или с товарным знаком ProAir или с торговым наименованием и товарным знаком PURE LOOK SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком PURE ONE SOFT или с торговым наименованием PureWay или с торговым наименованием и товарным знаком Rythmic® evolve+ или с товарным знаком Sancylook или с торговым наименованием и товарным знаком SECOND SIGHT SOFT или с торговым наименованием SIGHT CARE SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком SILVER® EVOLVE+ или с торговым наименованием и товарным знаком Spectrus AQUA или с торговым наименованием и товарным знаком ultraflex® evolve+ или с товарным знаком VettaComfort или с торговым наименованием и товарным знаком VIEWCARE SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком VISIBLE COMFORT или с торговым наименованием VISIOSENS или с товарным знаком YASNO или с товарным знаком Zolo или с торговым наименованием КЛиО Soft или с торговым наименованием Линз-Очки На две недели или с торговым наименованием Линз-Очки На один месяц или с торговым наименованием и товарным знаком ОКТОПУС две недели или с торговым наименованием и товарным знаком ОКТОПУС один месяц или с торговым наименованием ТОЧНАЯ ОПТИКА АКВА или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A 100Z TWO WEEKS VIEW или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A 100Z MONTHLY VIEW или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A 9Z lens aqua или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A ACULIFE или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A AirLens или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A AirOmoist 2 WEEKS или с торговым наименованием и товарным знаком

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0137485

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 3

знаком fanfilcon A AirOmoist MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A AirVIEW 4ACTIVE или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Airway ACUOS или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A ASSOL SHOW или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A AT FIRST SIGHT SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Biolens Soft или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Biosoft PREMIUM 2 WEEKS или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Biosoft PREMIUM MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A cadence® evolve+ или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Citylens или с торговым наименованием fanfilcon A CL SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A CLEARSKY или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A cooperflex® evolve+ или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A CRYSTAL LAKES 2 WEEK или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A CRYSTAL LAKES MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A CrystaLook или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A CrystalView 2-week или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A CrystalView monthly или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A DEAR Lens ALIVE или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A DINAVUE NOVA или с торговым наименованием fanfilcon A DL Comfort или с торговым наименованием fanfilcon A ExeLens Light или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A EyeContact SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A EYEjoy TWO WEEKS или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A EYEjoy MONTHLY или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A FLEXYVIEW SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A free eyes optimum или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Freeview premium или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A happio или с торговым наименованием fanfilcon A HIGH TIME Soft или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A HYDRAVIEW SOFT или с торговым наименованием fanfilcon A iWear balance plus или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Just to see 2 week или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Just to see monthly или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A LET IT SEE 2 weeks или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A LET IT SEE monthly или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Likont или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Lunelle evolve+ или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A medivue® evolve+ или с торговым

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137486

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 4

наименованием и товарным знаком fanfilcon A moraray или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A MyLens или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A newera или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A NiceDay Soft или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A NicEye IQ или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A NNC Expert или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A NOVALENS balance или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A OCHKOV.NET alpha или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Onelens или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A ONEview PREMIUM 2 week или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A ONEview PREMIUM monthly или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A optilook или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A OPTITOUCH или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A OptiWay или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A OXIGENFILL SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A OXY или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A perfect premium 2-week или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A perfect premium monthly или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A POINT OF VIEW SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A PrimaView или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A PrizmaBio или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A ProAir или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A PURE LOOK SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A PURE ONE SOFT или с торговым наименованием fanfilcon A PureWay или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Rythmic® evolve+ или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Sancylook или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A SECOND SIGHT или с торговым наименованием fanfilcon A SIGHT CARE SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A SILVER® EVOLVE+ или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Spectrus AQUA или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A ultraflex® evolve+ или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A VettaComfort или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A VIEWCARE SOFT или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A VISIBLE COMFORT или с торговым наименованием fanfilcon A VISIOSENS или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A YASNO или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A Zolo или с торговым наименованием fanfilcon A КЛЮ Soft или с торговым наименованием fanfilcon A Линз-Очки На две недели или с торговым наименованием

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0137487

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 5

fanfilcon A Линз-Очки На один месяц или с торговым наименованием и товарным знаком
fanfilcon A ОКТОПУС две недели или с торговым наименованием и товарным знаком
fanfilcon A ОКТОПУС один месяц или с торговым наименованием и товарным знаком
fanfilcon A ТОЧНАЯ ОПТИКА АКВА, варианты исполнения:

1. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -12,00 D;
2. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -11,50 D;
3. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -11,00 D;
4. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -10,50 D;
5. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -10,00 D;
6. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -9,50 D;
7. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -9,00 D;
8. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -8,50 D;
9. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -8,00 D;
10. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -7,50 D;
11. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -7,00 D;
12. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -6,50 D;
13. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -6,00 D;
14. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -5,75 D;
15. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -5,50 D;
16. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -5,25 D;
17. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -5,00 D;
18. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -4,75 D;
19. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -4,50 D;
20. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -4,25 D;
21. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -4,00 D;
22. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -3,75 D;
23. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -3,50 D;
24. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -3,25 D;
25. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -3,00 D;
26. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -2,75 D;
27. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -2,50 D;
28. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -2,25 D;
29. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -2,00 D;
30. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -1,75 D;
31. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -1,50 D;
32. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -1,25 D;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0137480

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 6

- 33. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -1,00 D;
- 34. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -0,75 D;
- 35. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -0,50 D;
- 36. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила -0,25 D;
- 37. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила 0,00 D;
- 38. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +0,25 D;
- 39. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +0,50 D;
- 40. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +0,75 D;
- 41. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +1,00 D;
- 42. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +1,25 D;
- 43. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +1,50 D;
- 44. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +1,75 D;
- 45. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +2,00 D;
- 46. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +2,25 D;
- 47. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +2,50 D;
- 48. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +2,75 D;
- 49. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +3,00 D;
- 50. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +3,25 D;
- 51. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +3,50 D;
- 52. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +3,75 D;
- 53. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +4,00 D;
- 54. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +4,25 D;
- 55. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +4,50 D;
- 56. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +4,75 D;
- 57. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +5,00 D;
- 58. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +5,25 D;
- 59. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +5,50 D;
- 60. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +5,75 D;
- 61. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +6,00 D;
- 62. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +6,50 D;
- 63. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +7,00 D;
- 64. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +7,50 D;
- 65. Базовая кривизна 8,4 мм; диаметр хорды 14,2 мм; оптическая сила +8,00 D

II. Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения с торговым наименованием fanfilcon A toric или с торговым наименованием и товарным знаком Avaira Vitality® toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137488

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 7

100Z TWO WEEKS VIEW TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric 100Z MONTHLY VIEW TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric 3Z lens aqua toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric ACULIFE TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric AirLens toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric AirOmoist 2 WEEKS TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric AirOmoist MONTHLY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком AirVIEW 4ACTIVE toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Airway ACUOS FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric ASSOL SHOW TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric AT FIRST SIGHT SOFT TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Biolens Soft Toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Biosoft PREMIUM 2 WEEKS TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Biosoft PREMIUM MONTHLY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric cadence® evolve+ toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Citylens toric или с торговым наименованием fanfilcon A toric CL SOFT TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric CLEARSKY toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric cooperflex® evolve+ toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric CRYSTAL LAKES 2 WEEK TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric CRYSTAL LAKES MONTHLY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric CrystaLook toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric CrystalView 2-week toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric CrystalView monthly toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric DEAR Lens ALIVE TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric DINAVUE NOVA TORIC или с торговым наименованием fanfilcon A toric DL Comfort for ASTIGMATISM или с торговым наименованием fanfilcon A toric ExeLens Light toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric EyeContact SOFT TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric EYEjoy toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric FLEXYVIEW SOFT TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric free eyes optimum toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Freeview premium toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric happio toric или с торговым наименованием fanfilcon A toric HIGH TIME Soft Toric или с

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137489

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 8

торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric HYDRAVIEW SOFT TORIC или с торговым наименованием fanfilcon A toric iWear balance astigmatism или с торговым наименованием fanfilcon A toric iWear balance plus FOR ASTIGMATISM или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Just to see 2 week toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Just to see monthly toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric LET IT SEE 2 weeks TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric LET IT SEE monthly TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Likont toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Lunelle evolve+ toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric medivue® evolve+ TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric moraray toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric MyLens toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric newera toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric NiceDay Soft Toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric NicEye IQ toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric NNC Expert toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric NOVALENS balance toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric OCHKOV.NET alpha TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Onelens toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric ONEview PREMIUM 2 week toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric ONEview PREMIUM monthly toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric optilook toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric OPTITOUCH TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric OptiWay toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric OXIGENFILL SOFT TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric OXY TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric perfect toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric POINT OF VIEW SOFT TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric PrimaView toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric PrizmaBio Toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric ProAir toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric PURE LOOK SOFT TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric PURE ONE SOFT TORIC или с торговым наименованием fanfilcon A toric PureWay toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Rythmic® evolve+ TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Sancylook

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0137490

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 9

toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric SECOND SIGHT SOFT TORIC или с торговым наименованием fanfilcon A toric SIGHT CARE SOFT TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric SILVER® EVOLVE+ TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Spectrus AQUA TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric ultraflex® evolve+ TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric VettaComfort toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric VIEWCARE SOFT TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric VISIBLE COMFORT toric или с торговым наименованием fanfilcon A toric VISIOSENS TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric YASNO TORIC или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric Zolo Toric или с торговым наименованием fanfilcon A toric КЛиО Soft Toric или с торговым наименованием fanfilcon A toric Линз-Очки На две недели toric или с торговым наименованием fanfilcon A toric Линз-Очки На один месяц toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric ОКТОПУС две недели toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric ОКТОПУС один месяц toric или с торговым наименованием и товарным знаком fanfilcon A toric ТОЧНАЯ ОПТИКА АКБА для астигматизма, варианты исполнения:

1. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
2. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
3. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
4. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -10,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
5. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
6. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
7. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
8. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
9. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0137491

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 10

10. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
11. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
12. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -9,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
13. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
14. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
15. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
16. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
17. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
18. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
19. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
20. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -8,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
21. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
22. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
23. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
24. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
25. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
26. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
27. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0137462

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 11

28. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -7,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
29. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
30. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
31. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
32. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
33. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
34. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
35. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
36. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -6,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
37. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
38. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
39. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
40. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
41. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
42. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
43. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
44. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
45. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137463

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 12

46. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
47. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
48. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
49. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
50. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
51. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
52. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -5,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
53. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
54. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
55. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
56. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
57. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
58. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
59. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
60. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
61. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
62. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
63. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0137464

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 13

64. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
65. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
66. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
67. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
68. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -4,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
69. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
70. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
71. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
72. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
73. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
74. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
75. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
76. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
77. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
78. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
79. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
80. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
81. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0137465

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 14

82. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
83. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
84. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -3,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
85. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
86. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
87. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
88. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
89. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
90. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
91. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
92. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
93. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
94. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
95. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
96. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
97. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
98. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
99. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137466

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 15

100. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -2,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
101. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
102. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
103. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
104. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
105. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
106. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
107. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
108. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
109. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
110. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
111. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
112. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
113. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
114. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
115. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
116. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -1,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
117. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137467

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 16

118. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
119. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
120. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
121. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
122. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
123. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
124. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
125. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
126. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
127. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
128. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила -0,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
129. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
130. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
131. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
132. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила 0,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
133. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
134. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
135. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137468

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 17

136. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
137. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
138. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
139. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
140. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
141. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
142. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
143. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
144. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +0,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
145. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
146. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
147. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
148. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
149. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
150. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
151. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
152. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
153. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137469

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 18

154. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
155. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
156. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
157. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
158. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
159. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
160. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +1,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
161. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
162. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
163. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
164. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
165. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
166. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
167. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
168. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
169. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
170. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
171. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков



0137470

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 19

172. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
173. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
174. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
175. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
176. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +2,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
177. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
178. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
179. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
180. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
181. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
182. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
183. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
184. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
185. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
186. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
187. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
188. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
189. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137471

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 20

190. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
191. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
192. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +3,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
193. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
194. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
195. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
196. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
197. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
198. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
199. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
200. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
201. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
202. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
203. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
204. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
205. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
206. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
207. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0137472

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 21

208. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +4,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
209. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
210. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
211. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
212. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
213. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
214. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
215. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
216. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,25 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
217. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
218. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
219. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
220. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
221. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
222. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
223. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
224. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +5,75 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
225. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0137473

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 22

226. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
227. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
228. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
229. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
230. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
231. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
232. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +6,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
233. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
234. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
235. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
236. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
237. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
238. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
239. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
240. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +7,50 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
241. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -0,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
242. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -1,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;
243. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -1,75 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0137474

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 апреля 2024 года № РЗН 2018/7723

Лист 23

244. Базовая кривизна 8,5 мм; диаметр хорды 14,5 мм; оптическая сила +8,00 D; значение цилиндра -2,25 D; геометрическая ось 10°- 180° с шагом 10°.

III. Инструкция по применению - 1 шт. на партию.

Место производства:

1. CooperVision Manufacturing Ltd., South Point, Hamble, Southampton, SO31 4RF, UK.
2. CooperVision Manufacturing Puerto Rico LLC, 500 Road 584, Lot 7, Amuelas Industrial Park, Juana Diaz, 00795, Puerto Rico, USA.
3. CooperVision Inc, 711 North Road, Scottsville, New York, 14546, USA.
4. ООО "Биомедикал Дистрибьюшн Евразия", Россия, 141580, Московская область, г. Солнечногорск, Индустриальный парк Шерризон-Норд, влд. 3, стр. 3.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0137475